

КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ
ТМ01 ТУ 32.50.30-001-86677278-2017

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1 Кушетка медицинская ТМ01(далее по тексту-кушетка) предназначена для проведения массажа, косметологических и медицинских процедур.
- 1.2 Кушетки изготавливаются для эксплуатации и хранятся при температуре окружающей среды не ниже +2°С и относительной влажности от 45% до 75%

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Основные параметры и размеры
 - 2.1.1 Габаритные размеры ТМ01 (200x75x70) мм, ±10 мм.
 - 2.1.2 Масса не более 18 кг.
- 2.2 Характеристики:
 - 2.2.1 Кушетка выдерживает номинальную нагрузку не более 150 кг
 - 2.2.2 Кушетка состоит из одной секции
 - 2.2.3 Ложе изготовлено из березовой фанеры, поролоновой прослойки и облицованы виниловой кожей, разрешенной к применению в изделиях медицинского назначения.
 - 2.2.4 Кушетка стоит на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одной из ножек не более 3 мм
 - 2.2.5 Каркас кушетки имеет защитное покрытие порошковой краской ППК (TGICfree) ELEMENT, нетоксичной, пожара-безопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки, способом протирания
 - 2.2.6 Кушетки при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2
 - 2.2.7 Поверхность кушетки устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б, утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 г.
 - 2.2.8 Средний срок службы кушетки до списания не менее 6 лет

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1 В комплект поставки входит:

- Заглушка прорези для лица

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1 Кушетки состоят из каркаса и ложа
- 4.2 Каркас кушетки изготовлен из стальных труб прямоугольного и квадратного сечения

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1 К сборке кушетки допускаются лица, внимательно изучившие настоящее инструкцию, конструкцию изделия и правила эксплуатации

6. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- 6.1 После транспортирования кушеток в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2 часов
- 6.2 Распаковать кушетку и проверить целостность покрытия
- 6.3 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина)

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1 Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий кушетки

8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 8.1 Транспортирование и хранение кушетки должны соответствовать ГОСТ 16371. Транспортировать и хранить изделия допускается не более 2-ух в ряд по вертикали.
- 8.2 Транспортировать и хранить кушетку следует в упакованном состоянии.
- 8.3 Кушетку транспортируют любым видом транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов на конкретном виде транспорта, а также при условии обеспечения сохранности изделий. В пределах одного населенного пункта кушетку допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

- 8.4 Транспортирование осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- 8.5 Погрузочно-разгрузочные работы должны соответствовать ГОСТ 12.3.009.
- 8.6 Кушетка должна храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

9. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- 9.1 Утилизация кушетки осуществляется в соответствии с инструкциями по эксплуатации на конкретное медицинское изделие, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790, относящимися к медицинским отходам соответствующего класса.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 10.1 Изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и инструкции по эксплуатации.
- 10.2 Гарантийный срок эксплуатации кушетки составляет 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.
- 10.3 Расчётный срок службы изделия – 10 лет.
- 10.4 Гарантия не распространяется на обивочные материалы: их износ, затвердение и появление трещин

на поверхности.

- 10.5 Гарантия утрачивает силу, если:
поломка произошла из-за неправильной эксплуатации или ненормальных условий хранения
повреждения возникли в результате непрофессионально выполненного ремонта
неуполномоченной стороной
- 10.6 При обнаружении дефекта сразу обращайтесь в компанию Продавца.
- 10.7 Гарантия включает в себя ремонт неисправных деталей или приборов, или по необходимости поставку клиенту новых за счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ.
- 10.8 Гарантия не возмещает других убытков вызванных неисправной деталью.